

Deconjet OHG  
Stieffring 10  
13627 Berlin  
Deutschland

Bischofshofen, 01.02.2021


**Bestätigung 20107385**

Prüfbericht 20107301 vom 02.07.2020

**DECON LIQUID 2**

Auftragsgemäß haben wir im Prüfbericht 20107301 vom 02.07.2020 ein Händedesinfektionsmittel gemäß EN 1500 geprüft und als wirksam (60 sec, 3x3 ml) festgestellt. Nach Auskunft des Auftraggebers ist das Produkt DECON LIQUID 2 ident mit diesem ursprünglich geprüften Produkt.

Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf die Erfüllung der Anforderung gemäß EN 1500.

  
Sladana Jusic  
Laborleitung W.H.U. GmbH